

2020年3月12日

スポット™ビジョンスクリーナー 光感受性リスクにつ きまして

お客様各位

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
マーケティング

スポット™ビジョンスクリーナー 光感受性リスクにつ
きまして

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度、弊社内の製品レビューに伴い、以下の文言が取扱説明書に追加されます。

警告:光感受性リスク。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)が発行した高輝度 LED 視聴時の健康リスクを軽減するガイドライン 1789 によれば、被験者の注意を引くため点滅光を使用している本機器によるスクリーニング中に、光感受性てんかん発作が起こる可能性が 0 ではありません。本機器でのリスクは少ないと考えられますが、使用時には医師の判断を仰いでください。

本件につきましては、本機器による有害事象の報告は 2020 年 2 月末現在までございませんが(国内外ともに)、リスクがゼロではないということで、上記文言の掲載になります。

何かご不明な点などございましたら、担当営業または弊社カスタマーサービスまでお問合せください。今後とも引き続きご愛顧のほど、お願い申し上げます。

敬具

企業サイト URL <http://welchallyn.jp/index.html>

ニュース・プレスリリース <http://welchallyn.jp/news/detail/-tm-1.html>